Sektion – [AreaScan]

Parameter	Variablenname	Lesezugriff	Schreibzugriff	Quelldatei	Fenster	Beschreibung
ExposureTime	fMaxTime	x	x	m_arscan.cpp	Zähler-Konfiguration / Topographie / PSD Kalibrierung / Kamera Einstellungen / Einstellungen LineScan	Detektormesszeit
Report	→ eNotifyValue	x			Justage / Makro ausführen / Execute Macro / Grundstellung anfahren	3.Komponente der Reportkurve
xo	rc.left	x	x		-	Fensterposition Scan-Fenster
yo	rc.top	x	x			
dx	rc.right	x	x			
dy	rc.bottom	x	x			
SaveOnReady	bSaveOnReady		x		Speicher-Optionen / Einstellungen StepScan / Einstellungen AreaScan / StepScan Parameters / Measuring Setup for AreaScan's	Soll das Ende einer Messung gespeichert werden ?
DataPath	szDataPath	x	x		Einstellungen AreaScan	aktuelle Pfad der Ausgabedatei
swPalette	bGrayScalePalette	x		m_data.cpp	?	Farbdarstellung für Bitmaps